

Guide d'utilisation pour les usagers sous thérapie par pression négative Prevena^{MC}

Pour la clientèle ambulatoire et celle au maintien à domicile



UNITÉ DE THÉRAPIE
ActiV.A.C. ^{MC}



CISSS DE LA
MONTÉRÉGIE-EST

La thérapie Prevena^{MC} est un système de prévention sur les incisions chirurgicales fermées à risque. Le pansement est conçu pour rester en place durant toute la durée du traitement selon les recommandations du chirurgien.

Les principes d'action

L'appareil ActiV.A.C. ^{MC} permet de :

- maintenir ensemble les bords de l'incision chirurgicale;
- diminuer les risques d'infection;
- augmenter la perfusion tissulaire;
- diminuer la tension et l'oedème sur les incisions fermées;
- protéger le site opératoire.

Les conseils d'usages

- L'appareil ActiV.A.C. ^{MC} doit rester dans son sac de transport.
- Assurez-vous que l'appareil fonctionne en tout temps, car **un arrêt de plus de deux heures nécessite le retrait du pansement par l'infirmière.**
- Branchez le plus souvent possible l'appareil pour maintenir une charge adéquate de la batterie lors de vos déplacements.
- N'insérez aucun produit ou objet dans les ouvertures ou prise pour l'électricité de l'appareil.
- Éloignez-le des surfaces chaudes.
- Évitez de renverser du liquide sur l'appareil. En cas de déversement, débranchez immédiatement l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon absorbant.
- N'utilisez pas l'unité de thérapie dans le bain ou sous la douche.
- Au coucher, placez l'appareil en toute sécurité sur le sol ou près du corps, avec le réservoir orienté vers le bas, afin d'éviter de plier la tubulure et de prévenir toute chute de l'appareil.

- Fièvre;
- Présence de pus dans le réservoir ou la tubulure;
- Apparition ou augmentation de la douleur au niveau de la plaie;
- Rougeur, chaleur, œdème ou démangeaison qui augmente au pourtour de la plaie;
- Réservoir de l'appareil rempli environ au trois-quarts;
- Présence d'une alarme que vous n'êtes pas en mesure de résoudre;
- En cas de présence abondante de sang dans la tubulure ou le réservoir, arrêtez la thérapie, conservez le pansement en place et présentez-vous à l'urgence.

Sachez que si l'appareil ne fonctionne pas pendant plus de deux heures, le pansement doit être retiré. Il est donc important de contacter rapidement le CLSC afin de résoudre le problème avant que le délai de deux heures soit dépassé.

CLSC :

Vous êtes inscrit à la centrale 24/7 pour toute la durée de la thérapie Prevena^{MC}.

En dehors des heures d'ouverture du CLSC, veuillez communiquer avec la centrale 24/7 par téléphone au 1 800 361-7073.

Retrait du Prevena^{MC} prévu le :

Lieu du retrait :